

FLUXA PRÜFÖL 110

Prüföl

Produktbeschreibung

- Geruchloses, klares Prüföl für die Magnetpulverprüfung
- Trägermedium für Pulver und ölbasierte Konzentrate
- Keine störende Eigenfluoreszenz
- Hervorragende Benetzungseigenschaften

Produktkenndaten

- Anwendungstemperatur: -10 °C bis 60 °C
- Flammpunkt: > 100 °C
- Viskosität (20 °C): 2,6 mm²/s
- Viskosität (38 °C): 3,8 mm²/s
- Dichte (20 °C): ca. 0,77 g/cm³
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Lagertemperatur: 10 °C bis 45 °C

Zulassungen und Spezifikationen

- Mustergeprüft nach DIN EN ISO 9934-2
- SAE AMS 2641, ASTM E 1444, ASTM E 709, ASME Code Sec. V Art. 7, NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271

Ihre Vorteile

- Einfache Handhabung
- Hohe Prüfsicherheit

Für die Umwelt

- Geruchlos
- Frei von Schadstoffen



Gebinde

- 10 l Kanister (Art.-Nr.: 9041.2)
- 25 l Kanister (Art.-Nr.: 9041.25)
- 200 l Fass (Art.-Nr. 9041.9)

KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG · Otto-Hausmann-Ring 101 · 42115 Wuppertal · Deutschland
Tel. +49 202 7192 0 · info@karldeutsch.de · www.karldeutsch.de

Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeiten oder eine Haftung können daraus nicht hergeleitet werden. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und entbinden den Anwender nicht von der Eigenverantwortung. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Testmuster für Versuche stellen wir gerne zur Verfügung. Stand: 11.06.2026